



T.C.
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

DOKÜMAN NO : KU.YD.112

YAYIN TARİHİ : 27/12/2024


REVİZYON NO : 00

REVİZYON TARİHİ : -

SAYFA NO: 1/1

AKIM SİTOMETRİ LABORATUVARI İŞ AKIŞ ŞEMASI

İŞ AKIŞI



YÖNTEM

SORUMLUSU

KAYIT

İlgili birimden tahlil isteminin otomasyondan yapılması.

Klinik veya
Poliklinik
Doktoru

Otomasyon

Otomasyondan teyit edildikten sonra numune tüpleri hazırlanır ve hastadan kan, idrar ve diğer örnekler alınır.

Kan alma
hemşiresi

Otomasyon

Yanlış ve eksik istem halinde ilgili birime tekrar dönülür

Laboratuvar
Teknisyeni

Otomasyon

Alınan numuneler uygun şartlarda ilgili laboratuvara ulaştırılır.

Personel

Numuneler tek tek gözden geçirilir.

Laboratuvar
Teknisyeni

Otomasyon

Eksik ve bozuk numuneler reddedilir. Numune alımı tekrarlanır. Numune kabulünden sonra laboratuvarında çalışılmadan önce cihazlara kalibrasyon kontrolü yapılır. Cihaz uygunsa numuneler çalışılmaya başlanır, değilse kalibrasyon işlemi tekrarlanır.

Hematoloji
Uzmanı

Otomasyon

Uygun numuneler elde veya makinede çalışılır.

Laboratuvar
Teknisyeni

Otomasyon

İşlemi biten tetkikler laboratuvar uzmanı tarafından kontrol edilir. Uygun görülenler onaylanır, uygun olmayanlar tekrara verilir.

Hematoloji Uzmanı

Otomasyon

Tekrara verilen numuneler yeniden çalışılır.

Laboratuvar
Teknisyeni

Otomasyon

Sonuçlar kontrol edilerek onaylanır.

Hematoloji
Uzmanı

Otomasyon

Onaylanan sonuçlar kişilere sonuç verme bölümünden teslim edilir.

Hasta Kayıt
Elemanı

Otomasyon